

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul  
Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul  
Pregão Eletrônico - PE - 026/2021

## Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO MÍNIMA DE 7MA, 220 VOLTS, COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, OPERAÇÃO DIGITAL, com as seguintes características mínimas: Estrutura de aço tubular, coluna móvel, retrátil e articulada sobre uma base com 4 rodízios, com estrutura resistente e rodas revestidas em borracha termoplástica de rodagem extra macia, com dispositivo de travamento das rodas. A coluna deve permitir a articulação e posicionamento do equipamento permitindo movimentos de 360°. O equipamento deve ser compatível com o sistema de radiografia digital. O cabeçote do equipamento, deve ser fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico, e, deve ser composto por um tubo de Raios X de alta qualidade, permitindo radiografias com grande nitidez, contraste, demandando um menor tempo de exposição. O cabeçote de Raios X deve possuir um localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação os Raios X, deve, ainda
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	6.365,83
Valor Final:	6.365,83
Valor Total:	6.365,83
Situação:	Homologado em 01/06/2021 11:18:41 Por: Ziania Maria Bolzan
Nome da Empresa:	Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
Modelo:	XDent
Item:	0002
Descrição:	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. CAPACIDADE DE ATÉ 25 LITROS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX.
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	3.893,76
Valor Final:	3.050,00
Valor Total:	12.200,00
Situação:	Homologado em 01/06/2021 11:18:41 Por: Ziania Maria Bolzan
Nome da Empresa:	D Berlato & Cia LTDA - ME
Modelo:	WORK
Item:	0003
Descrição:	CONJUNTO ODONTOLÓGICO CONTENDO: cadeira odontológica completa(equipo/sugador/ refletor/mocho/peças de mão ) - pintura epóxi ou eletrostática lisa; com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima; base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade sem necessidades de fixação ao piso; revestimento do estofamento em material laminados sem costura de cor clara; proteção plástica para os pés do paciente; braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal; acionamento através de comandos elétricos com moto redutores; controle de pé(pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do encosto com travamento imediato dos motores ao parar o acionamento do mesmo. controle de pedal para acionamento do refletor e movimentos da cadeira com pelo menos três movimentos automáticos...
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	14.113,00
Valor Final:	11.390,00
Valor Total:	11.390,00
Situação:	Homologado em 01/06/2021 11:18:41 Por: Ziania Maria Bolzan
Nome da Empresa:	CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI
Modelo:	DENTEMED - MAGNUS PRIME FLEX

Ziania Maria Bolzan  
Autoridade Competente